



2024年3月22日

臨床工学技士 各位

公益社団法人日本臨床工学技士会  
理事長 本間 崇

### 高気圧酸素装置内へのカイロ持ち込みについて (注意喚起)

2024年1月、高気圧酸素治療(以下、HBO)施行の際に、患者が装置内に使い捨てカイロを持ち込む事例が発生しました。

当該治療に従事する臨床工学技士の皆様におかれましては、同様事例を回避するため、日本高気圧環境・潜水医学会安全基準第35条および36条を確認の上、安全基準を遵守して安全な治療を推進いただくようお願いいたします。

なお、事例の概要および注意点等につきましては、一般社団法人日本高気圧環境・潜水医学会のWEBサイトをご確認ください。

<https://www.jshm.net/file/archive/hboreport20240222.pdf>

以上